Registro de calibración/verificación del termómetro

La ***calibración*** es el proceso de reajustar el termómetro para que lea con precisión a una temperatura conocida.
La ***verificación*** es el proceso de evaluar la precisión del termómetro.



Instrucciones de calibración/verificación:

- Llene un vaso con una mezcla de hielo y agua, y remuévalos.
- Sumerja el vástago del termómetro al menos 2 pulgadas por debajo de la línea de flotación hasta que la aguja deje de moverse. Tenga cuidado de no tocar el vástago con el fondo ni los lados del recipiente para evitar que se produzcan errores.
- Con una minillave o una herramienta de ajuste de termómetros, gire la tuerca de ajuste hexagonal hasta que la aguja indique **32 °F** mientras está en el agua helada.
- Verifique la calibración todas las semanas y cuando se caiga el termómetro.
- Use un hisopo con alcohol o un paño desinfectante para desinfectar el termómetro antes de usarlo.

Fecha	Temperatura antes de la calibración	Temperatura después de la calibración	Calibrado por	Comentarios	Verificado por
1/1/2019	***36.5 °F***	***32 °F***	***AB***	***"EJEMPLO"***	***CD***

Spanish - Thermometer Calibration/Verification Log